



Llançament del nou butlletí de notícies LRC e-news

Commemorant el 20è aniversari de la creació del Laboratori de Referència de Catalunya, neix un nou vehicle informatiu,

LRC e-news

un butlletí digital de publicació periòdica que recollirà les notícies i informacions més rellevants que esdevinguin en el laboratori.

Serà un instrument interactiu a través del qual divulgarem l'actualitat del laboratori d'anàlisis per compartir-la amb vosaltres.

Esperem les vostres aportacions al contingut del butlletí, confiant que l'acollireu amb interès i desitjant que aquest nou canal de comunicació us sigui d'utilitat.

LRC e-news

Núm. 1 · Abril de 2012

Estudi de la Síndrome Antifosfolipídica

Per tal d'introduir millores en l'estudi de la Síndrome Antifosfolipídica, el Laboratori de Referència de Catalunya ha implementat un nou circuit analític.

Aquestes modificacions introduïdes es relacionen amb:

- canvis en el processament preanalític
- canvis referents a la determinació de l'Anticoagulant Lúpic

Processament preanalític:

Es realitzarà una centrifugació de 4000 rpm durant 15 min abans de fer les alíquotes corresponents

Canvis en la determinació de l'AL:

- anul·lació de l'anterior codi d'Anticoagulant Lúpic (6195)
- creació d'un perfil anomenat "**Perfil SAF**" que inclou proves de laboratori definitòries de Síndrome Antifosfolipídica (SAF) i una prova comentari

Perfil SAF:

- Anticoagulant Lúpic (AL) (6196)
- Silica Clotting Time (SCT) (6197)
- Comentari A. Lúpic (inclòs a la prova 6197)
- Ac. Anticardiolipina (ACA IgG, IgM) (4542, 4543)
- Ac. Antibeta-2-glicoproteïna (IgG, IgM) (4546, 4547)
- Comentari AAF (6198)

D'aquesta manera no cal demanar les proves per separat, en el perfil ja estan totes incloses

El resultat de la prova Anticoagulant Lúpic (6196) passa de ser informat com a positiu / negatiu a ser informat el valor quantitatiu de les proves que es realitzen per a la seva determinació. La determinació de la presència d'AL inclou una nova prova, **Silica Clotting Time (6197)**, incrementant així la sensibilitat per a la detecció de l'AL, tal i com recomanen les guidelines.

Per a més informació

Telèfon: 93.396.53.00

Atenció al client: 2
Informàtica: 3
Compres: 4

www.lrc.es